

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO N.º 008-2026

Aquisição de equipamentos técnicos destinados a fortalecer as capacidades de monitoramento ambiental das instituições beneficiárias do Brasil, contribuindo para a implementação do Sistema de Alertas Antecipados para a qualidade da água no âmbito do Projeto GEF «Manejo Integrado da Bacia do Rio Putumayo-Içá».

DOCUMENTO N.º 002 - PERGUNTAS E RESPOSTAS

A seguir, apresenta-se a resposta à consulta formulada pelo fornecedor interessado no processo; a pergunta é transcrita tal como foi apresentada:

N.º	Pergunta	Resposta
1	Lote 1, Item 1 (Medidor multiparâmetro): O projeto trata-se de um equipamento para monitoramento portátil ou fixo?	De acordo com a Seção III – Especificações Técnicas, o equipamento corresponde a uma sonda multiparamétrica portátil, alimentada por pilhas alcalinas (autonomia de até 90 dias) e com comunicação sem fio Bluetooth/USB, características próprias de equipamentos de monitoramento portátil/de campo. O documento não contempla instalação fixa nem sistema de telemetria.
2	Lote 1, Item 1 (Medidor multiparâmetro): Quais parâmetros devem ser incluídos na configuração da sonda?	Segundo a Seção III, o equipamento deve permitir medir até 18 parâmetros simultâneos, incluindo, no mínimo: pH, ORP, condutividade, TDS, salinidade, resistividade, temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido (mg/L e % de saturação), clorofila e amônia, conforme as faixas de medição ali detalhadas.
3	Lote 1, Item 1 (Medidor multiparâmetro): Caso o monitoramento seja portátil, qual comprimento de cabo atenderia à demanda? Há opção de 1, 4, 10 ou 20 metros?	Ver Adenda n.º 2.
4	Lote 1, Item 1 (Medidor multiparâmetro): Há necessidade de incluir GPS no display e sensor de profundidade no cabo?	Não. As especificações técnicas não exigem GPS integrado ao display nem sensor de profundidade no cabo; estes não são requisitos obrigatórios para o presente processo.
5	Lote 1, Item 1 (Medidor multiparâmetro): Caso seja fixo, é necessário um sistema de telemetria?	Não se aplica. Conforme indicado na Seção III, o equipamento requerido corresponde a um monitoramento portátil e não é solicitado sistema de telemetria.
6	Lote 1, Item 1 (Medidor multiparâmetro): É necessária a calibração RBC (Inmetro)?	Não. A Solicitação de Cotação não exige certificação ou calibração sob a Rede Brasileira de Calibração (RBC/Inmetro). O equipamento deverá cumprir unicamente as especificações técnicas descritas na Seção III e contar com garantia mínima de um (1) ano.
7	Lote 1, Item 1 (Medidor multiparâmetro): É necessária a inclusão de soluções de calibração? Lembra-se que não é necessário o uso de soluções da marca YSI (fabricante do equipamento).	Ver Adenda n.º 2.

N.º	Pergunta	Resposta
8	Lote 1, Item 1 (Medidor multiparâmetro): Há necessidade de incluir capacitação para a utilização do equipamento? Caso seja presencial, favor informar o endereço.	De acordo com a Seção III – Especificações Técnicas, a capacitação poderá ser virtual ou presencial, modalidade a ser definida pela entidade contratante ou pela entidade receptora. Caso seja definida a modalidade presencial, a cidade a considerar é Manaus, Brasil (local de entrega dos bens).
9	Lote 1, Item 1 (Medidor multiparâmetro): A compra do equipamento será direta ou por licitação?	A aquisição será realizada por meio da Solicitação de Cotação N.º 008/2026 (SDC). O documento está disponível na página web da WCS Brasil para consulta e participação.



Angie Tatiana Arciniegas Chaves

Especialista de Aquisições

Projeto Manejo Integrado da Bacia do Rio Putumayo-Içá

Elaborado por: Laura Rosado- Profissional de Aquisições

Revisado por: Carmen Zárate – Consultora WCS

Projeto GEF Putumayo Içá